

Informationen zur Probenahme einer Wasserprobe

Generell steht es Ihnen frei, die Probe von uns ziehen zu lassen oder selbst zu ziehen. Die Ziehung durch einen unserer Mitarbeiter wird per Aufwand verrechnet.

Wollen Sie Ihre Probe selbst ziehen, gilt es folgendes zu beachten:

Für die Probenahme benötigen Sie 3 Gefäße. Für die mikrobiologischen Parameter muss das Wasser in eine sterile Flasche, für die Elementanalyse in eine PFA-Flasche und für die weiteren chemischen Analysen in eine Glasflasche abgefüllt werden.

Gerne stellen wir Ihnen die Behälter zur Verfügung, wobei Sie diese bei uns abholen können. Dazu bitten wir Sie, den Termin zeitgerecht bekannt zu geben, damit wir alles vorbereiten können.

Bei der Probenahme muss auf eine sterile Wasserentnahme geachtet werden. Wird die Probe an normalen Trinkwasserhähnen entnommen, muss das Sieb entfernt, der Hahn abgeflammt und das Wasser mindestens 10 Minuten laufen gelassen werden, bevor die Probe entnommen wird. Bitte achten Sie darauf, dass die abgefüllten Flaschen möglichst luftblasenfrei verschlossen werden.

Die Übermittlung der Proben muss am gleichen Tag wie die Probenziehung erfolgen. Bitte kündigen Sie die Proben mindestens einen Tag vorher unter service@lva.at an. Wir ersuchen Sie diese möglichst gekühlt (vorzugsweise 4-8°C) montags bis mittwochs bis spätestens 12:00 Uhr in der LVA GmbH abzugeben.

Bei Fragen und für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter +43 2243 26622 - 4210 oder service@lva.at zur Verfügung.

Freundliche Grüße,
Ihr Service-Team

LVA GmbH
Magdeburggasse 10, 3400
Klosterneuburg
FN 236286 f, LG Korneuburg
Tel: +43 2243 26622 -4210 / Fax: -54200
service@lva.at
www.lva.at